

附件 4

全国艾滋病检测技术规范（2015 年修订版）勘误表

1. 第 4 页，4.3.5 中，“时间不超过 24 小时”改为“时间不超过 48 小时”。
2. 第 16 页，5.4.1.1 中，第二行“下表”改为“试剂盒规定的”。
3. 第 29 页，5.2.4.2 中，第二行“报告检测值，”改为“报告检测值；”。
4. 第 30 页，5.3.1.6 中，第二行“RNA10³³CPs/ml”改为“RNA10³CPs/ml”。
5. 第 31 页，6.3 中，第五行“15000³CPs/ml”改为“15000CPs/ml”。
6. 第 36 页，图 4 中，倒数第二个框的“无反应”下缺少连接报告 HIV 抗体阴性 P24 抗原阴性的箭头，改为下图，图 4。
7. 第 37 页，4.2.2 中第 4 行“结果有反应做抗体确证试验”改为“结果有反应做补充试验”；“结果无反应判为抗体阴性”改为“结果无反应判为 HIV 抗体阴性”。4.3.1.1 中，第二行报告“HIV 抗体阴性”改为报告“HIV-1 抗体阴性”。
8. 第 38 页，文字倒数第一行图 6 后添加“此流程也可用于发光试剂试验”。
9. 第 42 页，6.1 中，第二行取消“或 EDTA 抗凝全血”。
10. 第 42 页，图 10 中，倒数第二个框内删除“无反应”。
11. 第 45 页，图 12 中，第三个框下右边“无反应”改为“有反应”。




图 4 区分抗原抗体检测试剂筛查检测流程